

番号 令和 6 年度 (消防) 第 30 号				仕 様 書			
件 名	救命処置用資機材 購入						
場 所	名張市 鴻之台1番町 地内						
金 額	一金	円	内税抜価格	調 査	令和 6 年 7 月 1 日		
				設 計	令和 6 年 7 月 11 日		
期 間	契約日 から 令和7年2月25日 まで			積 算		検 算	確 認
概 要				施 行 理 由			
高規格救急自動車更新にかかる救命処置用資機材							

名 張 市

内 訳 書

費 目	内 訳	金 額
自動体外式除細動器	別紙（救命処置用資機材一覧表）のとおり	
取扱品及び付属品		
自動式心臓マッサージ器		
その他の資機材		
小計		
消費税及び地方消費税額		
合 計		

救命処置用資機材

仕様書

令和6年度

緊急防災・減災事業

名張市

第1 総則

1. この仕様書は、名張市（以下「発注者」という。）が令和6年度に緊急防災・減災事業として購入する高規格救急車（以下「車両」という。）に積載する救命処置用資機材（以下「資機材」という。）について必要な事項を定めるものである。
2. 受注者の責務
 - (1) 資機材は、その機能を損なうことなく、安全で確実な方法で車両に積載すること。
 - (2) 資機材が故障等でその機能を損ない、業務に支障きたす場合には、受注者が早急に修理、交換等の処置を行うこと。
 - (3) 資機材の積載（位置、方法、配線等）については、発注者及び車両納入業者と細部にわたり十分な打ち合わせを行うこと。
 - (4) 資機材の積載に係る固定金具等の設置は受注者が行うこと。
 - (5) メーカー及び型式等の指定のあるものについては、原則としてこれによるものとする。
 - (6) 受注者は、本仕様書に明記されていない事項があった場合でも、資機材メーカーの公表した仕様及び積載は良心的にこれを施すこと。
 - (7) 資機材メーカーが資機材を改良変更した場合は、新型機種のものを採用すること。
 - (8) 本仕様書に疑義が生じた場合は、発注者と協議すること。
 - (9) 納入期限は、令和7年2月25日（火）とし、車両に積載し運用できる状態とする。
 - ア 受注者は、納入期間内に物品を納入できないときは、その理由を明示して、発注者に納入期限の延長を申し出ることができる。
 - イ 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責に帰することができないものであるときは、発注者は、相当と認める日数の延長を認めることができる。
 - (10) 資機材の保証期間は、メーカー等の公表した保証書に記載されている期間とする。また、保証期間後であっても設計、材質及び製品の不良等に起因する故障等については、取替え又は修理を無償で行うこと。ただし、当方の事故及び過失によるときはこの限りでない。なお、緊急用であることから故障等が生じた場合の修理等については、速やかに対応すること。
 - (11) 資機材を積載するにあたり、設計及び製作材料等について、特許・意匠登録（酸素ボンベの容器所有者登録及び登録記号、番号「J158」の刻印等）等、権利上の問題が提起されたときは、受注者がその責任を負うものとする。

第2 書類提出

1. 資機材を積載する前には、仕様内容について発注者と打ち合わせを行い、次のものを提出し、事前に発注者の承認を受けること。
 - (1) 車両の資機材積載位置図 2部
 - (2) 工程表（車両納入業者と調整すること） 2部
 - (3) その他、発注者が必要と認めたもの

2. 納入時に以下の書類を発注者に一括チューブファイル（A 4 版）で提出すること。
 - (1) 資機材（付属品を含む）一覧表 2 部
 - (2) 取扱説明書 1 部
 - (3) 保証書 1 部
 - (4) 写真
 - ア. 資機材、付属品 2 部
 - イ. 取付状況 2 部
 - (5) その他、発注者が必要と認めたもの

第 3 資機材

本仕様書で指定する資機材は別紙救命処置用資機材一覧表のとおりとし、積載位置は発注者と協議したうえ決定すること。

第 4 完成受入検査等

1. 発注者が本仕様書、承認図及び打ち合わせ事項に基づき完成受入検査を実施するものとする。
2. その他、発注者が必要とする検査事項等は別途指示に従うこと。

第 5 その他

納入後に資機材の取り扱いについて説明すること。

救命処置用資機材一覧表

(1)自動体外式除細動器

番号	資機材名称	数量
1	半自動式除細動器(プリンタ内蔵)	
	ZOLL AX-12CESN 12誘導+ETCO2+SpO2+NIBP 一式	1
	CPR Stat-padz 小学生~大人用除細動パッド 追加付属品	5
	ZOLL Stat-padz II 除細動電極 追加付属品	10
	レッドリニューザブルケーブル4(約1.2m) 追加付属品	1
	LNCS 成人用リニューザブルセンサ 追加付属品	1
	LNCS 小児用リニューザブルセンサ 追加付属品	1
	マイクロストリーム アドバンス挿管用フィルターライン 成人/小児 短期用25個入/箱 追加付属品	1
	リニューザブルカフ 小児用 追加付属品	2
	リニューザブルカフ 成人用 追加付属品	3
	SurePower II 充電式バッテリー 追加付属品	1
	SurePowerバッテリーチャージャー(シングル) 追加付属品	1
	X Series 記録紙 6個入/箱 追加付属品	5
	USBフラッシュドライブ X Series用 追加付属品	1
	心電図電極ケーブル(10電極)-IEC グラバータイプ 追加付属品	1
	X Series キャリーケース プレミアム 追加付属品	1
	デモ用成人用電極パッド(CPR Stat-padz) 追加付属品	1
	高研 パッドアダプター(ZOLL用) 追加付属品	1
	レールダグ ZOLL SHOCKLINKトレーニングアダプター 追加付属品	1
2	自動体外式除細動器	
	ZOLL AED Plus ECG 一式	1
	CPR-D-padz 小学生~大人用除細動パッド 追加付属品	1
	SurePower 充電式バッテリー(10本パック) 追加付属品	1
	ソフトケース 追加付属品	1
	救急セット(6点入り) 追加付属品	1
	文書類一式(取説、オペレータガイド等) 追加付属品	1
	DVD(AEDを用いた救命処置とセットアップ方法) 追加付属品	1
	AED設置ステッカー 追加付属品	1
	USB赤外線PCアダプター 追加付属品	1

(2)取付品及び附属品

番号	資機材名称	数量
1	コーケンメディカル 救急搬送用人工呼吸器 ANSWERLite Dセット KOM299LDS 一式	1
2	酸素吸入装置(ヨークバルブ仕様)	一式
	加湿流量計オキシバックOX-III S 150仕様 医療用具承認番号:22900BZX00228000 構成品	1
	減圧弁 医療用具承認番号:11BX00012000020 構成品	2
	三方チーズ 高圧用 構成品	1
	配管ホース 高圧用 構成品	1
	電動吸引器 パワーミニックII(壁掛式充電器付)	1
パワーミニックII カテーテル収納ポーチ 追加付属品	1	

(3)自動式心臓マッサージ器

番号	資機材名称	数量
1	心臓マッサージシステム LUCAS3 一式	1
	LUCAS3用バッテリー 追加付属品	2
	LUCAS3用バッテリーACアダプター 追加付属品	1

(4)その他資機材

番号	資機材名称	数量
1	ファーノ ヘッドイモビライザー(台座のみ) モデル445用ベース 一式	2
2	サムスリングII	1
3	ターボリン担架 48CM×180CM 固定ベルト2個付き	1
4	KaWe 喉頭鏡 Macintosh LED 一式	1
	KaWe 喉頭鏡 ハンドルミディアム 追加付属品	1
	KaWe 喉頭鏡 メガライトマッキントッシュ#1 追加付属品	1
	KaWe 喉頭鏡 メガライトマッキントッシュ#2 追加付属品	1
	KaWe 喉頭鏡 メガライトマッキントッシュ#3 追加付属品	1
	KaWe 喉頭鏡 メガライトマッキントッシュ#4 追加付属品	1