

番 号	令和5年度（消 防 ）第 4号	設 計 書			
件 名	救命処置用資機材購入				
場 所	名張市 鴻之台1番町 地内				
設 計 額		内税抜価格	調 査 令 和 5 年 6 月 6 日		
			設 計 令 和 5 年 6 月 12 日		
履 行 期 間	令和6年2月23日まで		積算		検算
概 要		施 行 理 由			
高規格救急自動車に積載する救命処置用資機材一式					

設 計 用 紙

名 張 市

## 内 訳 書

費 目	内 訳	金 額
自動体外式除細動器（二相波形式）		
血中酸素飽和度測定器		
取付品及び附属品		
軽微な変更として備えることが出来る取付品及び附属品		
その他資機材		
小 計		
消費税及び地方消費税額		
合 計		

救命処置用資機材

仕様書

令和5年度

緊急防災・減災事業

名張市

## 第1 総則

1. この仕様書は、名張市（以下「発注者」という。）が令和5年度に緊急防災・減災事業として購入する高規格救急車（以下「車両」という。）に積載する救命処置用資機材（以下「資機材」という。）について必要な事項を定めるものである。
2. 受注者の責務
  - (1) 資機材は、その機能を損なうことなく、安全で確実な方法で車両に積載すること。
  - (2) 資機材が故障等でその機能を損ない、業務に支障きたす場合には、受注者が早急に修理、交換等の処置を行うこと。
  - (3) 資機材の積載（位置、方法、配線等）については、発注者及び車両納入業者と細部にわたり十分な打ち合わせを行うこと。
  - (4) 資機材の積載に係る固定金具等の設置は受注者が行うこと。
  - (5) メーカー及び型式等の指定のあるものについては、原則としてこれによるものとする。
  - (6) 受注者は、本仕様書に明記されていない事項があった場合でも、資機材メーカーの公表した仕様及び積載は良心的にこれを施すこと。
  - (7) 資機材メーカーが資機材を改良変更した場合は、新型機種のものを採用すること。
  - (8) 本仕様書に疑義が生じた場合は、発注者と協議すること。
  - (9) 納入期限は、令和6年2月23日（金）とし、車両に積載し運用できる状態とする。
    - ア 受注者は、納入期間内に物品を納入できないときは、その理由を明示して、発注者に納入期限の延長を申し出ることができる。
    - イ 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責に帰することができないものであるときは、発注者は、相当と認める日数の延長を認めることができる。
  - (10) 資機材の保証期間は、メーカー等の公表した保証書に記載されている期間とする。また、保証期間後であっても設計、材質及び製品の不良等に起因する故障等については、取替え又は修理を無償で行うこと。ただし、当方の事故及び過失によるときはこの限りでない。なお、緊急用であることから故障等が生じた場合の修理等については、速やかに対応すること。
  - (11) 資機材を積載するにあたり、設計及び製作材料等について、特許・意匠登録（酸素ボンベの容器所有者登録及び登録記号、番号「J158」の刻印等）等、権利上の問題が提起されたときは、受注者がその責任を負うものとする。

## 第2 書類提出

1. 資機材を積載する前には、仕様内容について発注者と打ち合わせを行い、次のものを提出し、事前に発注者の承認を受けること。
  - (1) 車両の資機材積載位置図 2部
  - (2) 工程表（車両納入業者と調整すること） 2部
  - (3) その他、発注者が必要と認めたもの

2. 納入時に以下の書類を発注者に一括チューブファイル（A 4 版）で提出すること。
  - (1) 資機材（付属品を含む）一覧表 2 部
  - (2) 取扱説明書 1 部
  - (3) 保証書 1 部
  - (4) 写真
    - ア. 資機材、付属品 2 部
    - イ. 取付状況 2 部
  - (5) その他、発注者が必要と認めたもの

### 第3 資機材

本仕様書で指定する資機材は別紙救命処置用資機材一覧表のとおりとし、積載位置は発注者と協議したうえ決定すること。

### 第4 完成受入検査等

1. 発注者が本仕様書、承認図及び打ち合わせ事項に基づき完成受入検査を実施するものとする。
2. その他、発注者が必要とする検査事項等は別途指示に従うこと。

### 第5 その他

納入後に資機材の取り扱いについて説明すること。

## 救命処置用資機材一覧表

## (1) 自動体外式除細動器(二相波形式)

番号	資機材名称	数量
1	<b>半自動式除細動器(プリンタ内蔵)</b>	
	日本光電 デファイブリータEMS-1052 カルジオライフEMS	一式 1
	キャリングバッグ(YC-101V)	付属品 1
	パッド中継ケーブル(JC-165V)	付属品 1
	ショルダーベルト(YC-103V)	付属品 1
	ECG中継コード(JC-906P)	付属品 1
	3電極リード線(BR-903P)	付属品 1
	SpO2中継コード(JL-900P)	付属品 1
	除細動レポート表示ソフトウェア(QP-551V)	追加付属品 1
	標準12誘導機能/導出18誘導機能ライセンス(QL-002V)	追加付属品 1
	12誘導心電図ケーブル	追加付属品 1
	リチウムイオンバッテリー (SB-121V)	追加付属品 3
	バッテリーチャージャ(SB-101V)	追加付属品 1
	AC アダプタ(SC-101V)	追加付属品 1
	フィンガープローブ(TL-201T)	追加付属品 1
	成人用中継エアホース 1.5m (YN-900P)	追加付属品 1
	成人用カフ 標準 (YP-713T)	追加付属品 1
	小児用カフ 標準 (YP-711T)	追加付属品 2
	CO2センサキット (TG-900P)	追加付属品 1
	SDメモリーカード(QM-002D 2Gbyte)	追加付属品 1
	電源コードW(L945)	追加付属品 2
使い捨て除細動パッド(P-521 100枚入り1箱)	追加付属品 1	
記録紙 10冊入り	追加付属品 1	
2	<b>自動体外式除細動器</b>	
	日本光電 自動体外式除細動器 AED-2152 カルジオライフ	一式 1
	使い捨てパッド P-730	追加付属品 2
	バッテリーパック SB-220V	追加付属品 4
	AED用キャリングバッグ YC-210V	追加付属品 1

## (2) 血中酸素飽和度測定器

番号	資機材名称	数量
1	パルスオキシメーター バイタルナビ パルスオキシメーター ブルー CB-1	1

## (3) 取付品及び付属品

番号	資機材名称	数量
1	<b>コーケンメディカル 救急搬送用人工呼吸器 ANSWER Dセット KOM299DS</b>	一式 1
	本体 医療用具承認番号:22200BZX00111000 高度管理医療機器(クラスⅢ)	付属品 1
	ディスプレイ呼吸回路セット KOM2941 2本付(HEPAフィルター付)	付属品 1
	テストバッグ	付属品 1
	ジュンロン型酸素供給ホース	付属品 1
	電源コード	付属品 1
2	<b>酸素吸入装置(ヨークバルブ仕様)</b>	一式 1
	加湿流量計オキソパックOX-ⅢS 15ℓ仕様 医療用具承認番号:22900BZX00228000	構成品 1
	減圧弁 医療用具承認番号:11BX00012000020	構成品 2
	三方チーズ	構成品 1
	配管ホース	構成品 1
	<b>ガスサプライ バルブ (FERNO JAPAN)</b>	一式 1
	ガスサプライバルブ FW-1201-009	1
接続アダプタ(アンプ用)	追加付属品 1	
接続アダプタ(レールダル用)	追加付属品 1	
3	<b>電動吸引器 パワーミニックⅡ (壁掛式充電器は除く)</b>	2
	パワーミニックⅡ カテーテル収納ポーチ	追加付属品 2

## (4)軽微な変更として備えることが出来る取付品及び付属品

番号	資 機 材 名 称	数量
1	電子血圧計 エレマーノ血圧計 単3電池仕様 (TERUMO)	2
2	手首血圧計 デジタル自動血圧計 (OMRON HEM-6235)	2
3	エアーストレッチャー FDMローバル(CYF-DM3)	1
4	エアーストレッチャー FDMローバル(CYF-DM3)収納袋	1

## (5)その他資機材

番号	資 機 材 名 称	数量
1	スクープエクセル モデル65EXL	1
2	サムスリングⅡ	1
3	特定行為専用バックセット WKS-3	1
4	心臓マッサージシステム LUCAS3	一式
	LUCAS3用バッテリー	追加付属品
	LUCAS3用バッテリーACアダプター	追加付属品
5	BT-03 車両除染システム (株式会社 タムラテコ)	1
6	KaWe 喉頭鏡 Macintosh	一式
	KaWe 喉頭鏡 ハンドルミディアム	追加付属品
	KaWe 喉頭鏡 メガライトマッキントッシュ#1	追加付属品
	KaWe 喉頭鏡 メガライトマッキントッシュ#2	追加付属品
	KaWe 喉頭鏡 メガライトマッキントッシュ#3	追加付属品
7	アンブ蘇生バック マークⅣ用マスク(成人用)No.4	1